



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

РЕШЕНИЕ

№ 65-542

София 20.03.2020 г.

На основание чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Михаела Йорданова Габрашкова – В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС, и предвид резултатите, отразени в Протокол № 1/05.03.2020 г. и Протокол №2/11.03.2020 г. и Доклад от 13.03.2020 г. от работата на назначената със Заповед № РД 01-11/27.01.2020 г., изм. със Заповед № РД 01-38-A/28.02.2020 г. на възложителя комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от Инсинератора“, с УИН на поръчката в РОП 00906-2019-0004,

I. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата участникът „Лабконсулт“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Участникът е представил техническо предложение съгласно образца на възложителя, като е оferидал апаратура с технически характеристики, несъответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация, поради следното:

- Възложителят е изискал с техническата спецификация доставка на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове, изпълнена на екстракционен принцип със сонда, пробовземна линия и шкаф с включена пробоподготовка с газанализатор за измерване на NOx, SO2 и O2, а предложението на „Лабконсулт“ ЕООД е OPSIS система 400 WASTE с анализатори AR602 и O2000, която функционира *in-situ* /директно мерене на димохода/ без сонда, без линия и без пробоподготовка.

- Възложителят е изискал с техническата спецификация основния газанализатор от системата/сонда, пробовземна линия и шкаф с включена пробоподготовка с газанализатор/ да е един-многокомпонентен за измерване на съдържанието на NOx, SO2, O2 в димните газове, работещ на принципа на модулация на кръстосан поток и един допълнителен анализатор за измерване на съдържанието на HCl и H2O в димните газове за монтаж на димохода. Участникът е предложил един анализатор за измерване на съдържанието на NO, NO2, SO2/AR602/ работещ на принципа DAOS /Диференциална отична абсорционна спектроскопия-директно измерване в димохода/, втори измерване на съдържанието на O2/ O2000/ с циркониев сензор и трети за измерване съдържанието на HCl, H2O/AR650/ изпълнени на принцип *in-situ* /директно мерене на димохода/. Предложената от „Лабконсулт“ ЕООД OPSIS система 400 WASTE, която функционира *in-situ*, изисква





обслужване и калибриране на апаратите директно на димохода. Това е свързано с промени в съществуващата конструкция, които не са предвидени в техническата спецификация.

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участникът „Це Це Ес България“ ООД на основание чл. 109 от ЗОП, със следните мотиви:

Комисията е разгледала документа ЕЕДОП на участника и е установила, че не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявленето на обществената поръчка. Офертата на участника е с най-ниска цена и не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

III. Достъп до доклада и протоколите от работата на комисията е осигурен в профила на купувача на електронен адрес <http://pudoos.bg/?p=27412>

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата.

V. Контрол по изпълнението на настоящото решение възлагам на Юри Борисов – гл. инспектор.

VI. Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията.

МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ГАБРАШКОВА
В.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПУ



Заличаването е на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

