



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 27.01.2020 г. в 10:00 часа в заседателната зала на адреса на Предприятието в град София на ул. „Триадица“ № 4, ет. 3, в изпълнение на Заповед № РД 01-1096/20.12.2019г. за откриване на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, калибриране и изпитание на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове от Инсинератора“ и Заповед № РД 01-11/27.01.2020 г., изм. със Заповед № РД 01-38-А/28.02.2020 г. на В.И.Д. Изпълнителен директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), се събра комисия в състав:

Председател: Магдалена Георгиева – юрисконсулт, дирекция АПФО, ПУДООС, и
Членове:

1. Антон Маджаров – И.Д. директор на дирекция „НСД“, ПУДООС;
2. Иванка Маркова – „Инженер, КИП и А“ в дирекция „НСД“, ПУДООС;

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), който беше подписан от предаващото лице и от председателя на комисията. Комисията констатира, че в определения съгласно обявлението срок до 17:30 часа на 24.01.2020 г., в деловодството на ПУДООС са представени 2 (две) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра за подадени оферти, върху пликите са отбелязани входящ номер, датата и часа на получаване.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно регистъра за подадените оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № Д-9/24.01.2020 г. в 11:12 часа от „Це Це Ес България“ ООД, e-mail: ccsbg@ccsbg.com.

2. Оферта с вх. № Д-10/24.01.2020 г. в 16:14 часа от „Лабконсулт“ ЕООД, e-mail: office@labconsult.bg.

Членовете на комисията представиха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 52 от ППЗОП. Комисията констатира, че офертите са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. На публичното заседание на комисията присъства Цветан Йорданов – представител на „Лабконсулт“ ЕООД. Не присъстваха други лица.

Комисията отвори представените оферти по реда на подаването, както следва:

1. „Це Це Ес България“ ООД

Комисията отвори офертата, оповести съдържанието ѝ и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с ценовото предложение.



Представителят на „Лабконсулт“ ЕООД подписа ценовото предложение на „Це Це Ес България“ ООД.

2. „Лабконсулт“ ЕООД

Комисията отвори офертата, оповести съдържанието ѝ и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с ценовото предложение.

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието.

I. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП

1. Оферта на „Це Це Ес България“ ООД

Комисията констатира следното:

В опаковката с офертата на участника е представен е диск, съдържащ електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с валиден електронен подпис на Анелия Огнянова и на Пеню Махмудиев – управители на дружеството.

В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване, посочени в обявлението за поръчка.

Декларирано е наличието на критериите за подбор, посочени в обявлението за поръчка, както следва:

1. Посочени са три изпълнени услуги, едната от които е за „Доставка и въвеждане в експлоатация на станция за контрол в района на енергиен комплекс “Марица Изток“ с предаване на данните до ТЕЦ „Марица Изток 2“, за периода 2018 г., с посочена стойност. Приложен е списък на изпълнените дейности с приложения – протоколи, приемо-предавателни протоколи, копия от договори.
2. Посочено е наличието на персонал (минимум двама сервизни специалисти със съответната квалификация), а именно:
 - а) Инж. Пеню Димитров Махмудиев - Висше Магистър - Топло- и ядрена техника, Електро инженер
 - б) Инж. Константин Георгиев Георгиев - Висше Магистър-Електроинженер
 - в) Кирил Димитров Куртаков - Средно специално техническо, Електронен техник

Приложен е списък на специалистите, заедно с приложени копия на сертификати от проведени обучения.

3. Посочено е, че участникът притежава сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, а именно: Сертификат № СУК-289-01/017, издаден от фирма „Сертификация“ ЕАД на 03.09.2017 г., валиден до 02.09.2020 г. Приложено е копие на сертификата, с обхват „Търговия, монтаж, сервиз и поддръжка на контролно-измервателна апаратура за екологични, лабораторни и индустриални приложения. Измервания и класифициране на „чисти стаи“. Същият е валиден до 02.09.2020 г.

Комисията установи пълно съответствие на декларираните обстоятелства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението за поръчката и допуска участника „Це Це Ес България“ ООД до разглеждане на техническото му предложение.

2. Оферта на „Лабконсулт“ ЕООД

Комисията констатира следното:

В опаковката с офертата на участника е представен е диск, съдържащ електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с валиден електронен подпис на Цветан Йорданов – управител на дружеството.

В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване, посочени в обявлението за поръчка.

Декларирано е наличието на критериите за подбор, посочени в обявлението за поръчка, както следва:

1. Посочени са четири изпълнени услуги, едната от които е за „Проектиране, доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение по експлоатация на система за непрекъснато измерване концентрацията на флуороводород, производство на фирма OPSIS“, с получател „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, за периода 23-11-2017 до 26-09-2018г., и с посочена стойност. Приложени са приемо-предавателни протоколи.
2. Посочено е наличието на персонал (минимум двама сервизни специалисти със съответната квалификация), а именно:
 - а) Инж. Кирил Борисов Петров - Висше Магистър - Инженер по електроника и автоматика; Сертификат за обучение OPSIS - 30.03.2005, Сертификат за обучение OPSIS – 10-14.03.2003. Приложени са копия на диплома за висше образование и на сертификати за проведените обучения.
 - б) Инж. Ивайло Илиев Базъров - Висше Магистър-Инженер по комуникационна техника; Сертификат за обучение OPSIS – 10-14.03.2003, Сертификат за обучение OPSIS – 04-08.04.2005, Сертификат за обучение OPSIS – 15-19.05.2017, Сертификат за обучение OPSIS – 21-25.05.2018. Приложени са копия на диплома за висше образование и на сертификати за проведените обучения.
 - в) доц.д-р Цветан Цонев Йорданов – 1975 – 2016 г. - Докторант, асистент и доцент в Лесотехнически университет; 2003 – 2016 Основател и ръководител на Централна Университетска лаборатория по опазване на околната среда към ЛТУ; 2000 – 2016 Ръководител катедра „Почвознание“ към Факултет по Горско стопанство и озеленяване в ЛТУ.
3. Посочено е, че участникът притежава сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015.

Комисията установи пълно съответствие на декларираните обстоятелства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението за поръчката и допуска участника „Лабконсулт“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.

II. Разглеждане на техническите предложения на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

1. Оферта на „Це Це Ес България“ ООД

Констатации на комисията:

Участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на възложителя, като е предложил следното оборудване:

1. Подгрееваема пробовземна сонда – модел SP 46, с технически характеристики, съответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация.

2. Подгрееваема пробовземна линия – с технически характеристики, съответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация.

3. Газанализаторен шкаф с включена пробоподготовка – модел ENDA 5000, с технически характеристики, съответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация.

4. Газанализатор за измерване на NOx, SO2, O2 – модел CMA 5400E, с технически характеристики, съответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация.

5. Газанализатор за Хлороводород – модел LazerGas II SP, с технически характеристики, съответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация.

6. Консумативи и резервни части, препоръчани от производителя на доставената апаратура, за 2 г. редовна работа – съгласно приложен списък.

С техническото си предложение, участникът се е задължил за следното:

- срок от 120 календарни дни за доставка на апаратурата;
- срок от 45 календарни дни за изпълнение на дейностите по т. 5 в техническото предложение след извършване на доставка на системата.
- гаранционен срок на системата от 24 месеца, считано от подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

Участникът е приложил следните документи:

1. Сертификат за съответствие на системата ENDA 5000.
2. Брошура на апаратурата LazerGas II SP и сертификат за съответствие.
3. Брошура на системата ENDA 5000.

С оглед гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на предварително обявените условия по поръчката и допуска участника „Це Це Ес България“ ООД до отваряне на ценовото му предложение.

2. Оферта на „Лабконсулт“ ЕООД

Участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на възложителя, като е оферирал апаратура с технически характеристики, несъответстващи на изискваните от възложителя с техническата спецификация, поради следното:

- Възложителят е изискал с техническата спецификация доставка на газ анализаторната апаратура за мониторинг и емисионен контрол на димните газове, изпълнена на екстракционен принцип със сонда, пробовземна линия и шкаф с включена пробоподготовка с газанализатор за измерване на NOx, SO2 и O2, а предложението на „Лабконсулт“ ЕООД е OPSIS система 400 WASTE с анализатори AR602 и O2000, която функционира in-situ /директно мерене на димохода/ без сонда, без линия и без пробоподготовка.

- Възложителят е изискал с техническата спецификация основния газанализатор от системата/сонда, пробовземна линия и шкаф с включена пробоподготовка с газанализатор/ да е един-многокомпонентен за измерване на съдържанието на NOx, SO2, O2 в димните газове, работещ на принципа на модулация на кръстосан поток и един допълнителен анализатор за измерване на съдържанието на HCl и H2O в димните газове за монтаж на димохода. Участникът е предложил един анализатор за измерване на съдържанието на NO, NO2, SO2/AR602/ работещ на принципа DAOS /Диференциална оптична абсорционна спектроскопия-директно измерване в димохода/, втори измерване на съдържанието на O2/O2000/ с циркониев сензор и трети за измерване съдържанието на HCl, H2O/AR650/ изпълнени на принцип in-situ /директно мерене на димохода/. Предложената от „Лабконсулт“ ЕООД OPSIS система 400 WASTE, която функционира in-situ, изисква обслужване и калибриране на апаратите директно на димохода. Това е свързано с промени в съществуващата конструкция, които не са предвидени в техническата спецификация.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията реши: не допуска до по-нататъшно участие в

процедурата „Лабконсулт“ ЕООД поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, и предлага на възложителя да отстрани участника.

Комисията състави протокола на 05.03.2020 г.

Председател:
Магдалена Георгиева

Членове:
Антон Маджаров...
Иванка Маркова...

Заличаването е на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679